



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

केगाव, सोलापूर-४१३२५५ महाराष्ट्र (भारत)

दुरध्वनी क्र.०२१७-२७४४७७१-७३ (११ लाईन्स) फॅक्स-०२१७-२३५१३००

संकेतस्थळ: <http://su.digitaluniversity.ac> ई-मेल: fa0@sus.ac.in

खरेदी व भांडार विभाग

जा.क्र.पुअहोसोविसो/विवले/खभांवि/२०२०/६५५

दिनांक: 14 AUG 2020

On University Website


प्रति,

विषय: प्रस्तुत विद्यापीठातील सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग (Microbiology Department) M.Sc. (Practical)
करिता List of Equipments/Instruments खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविण्याबाबत...

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते की, प्रस्तुत विद्यापीठाच्या उपरोक्त नमूद विषयाप्रमाणे दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. दरपत्रके मागविण्याबाबत आपले अपेक्षित दर GST सह अंदाजपत्रकामधील [Schedule B] तपशिलाप्रमाणे आपले दर दरपत्रकात भरून मा.वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या नावे सिलबंद लिफाफ्यात पाठवावे. दरपत्रकासंदर्भात सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे. वरील कामाचे दरपत्रक, सुचना सोलापूर विद्यापीठाच्या <http://su.digitaluniversity.ac> या संकेतस्थळावर (Quotation) या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे.

अ.क्रं	तपशिल	दिनांक	वेळ	ठिकाण
१.	दरपत्रके प्रकाशित करण्याचा दिनांक व वेळ	१४/०८/२०२०		वित्त व लेखा विभाग, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे महामार्ग, केगांव, सोलापूर- ४१३ २५५
२.	दरपत्रके स्विकारण्याची दिनांक व वेळ	१४/०८/२०२०		
३.	दरपत्रक सादर करणे अंतिम दिनांक व वेळ	२१/०८/२०२०	सायं. ०६.००	
४.	दरपत्रक उघडण्याचा दिनांक/वेळ आणि ठिकाण (शक्य झाल्यास)	२४/०८/२०२०	सकाळी ११.००	


(सी.ए. श्रेणिक शाह)
वित्त व लेखा अधिकारी

अंदाजपत्रक [Schedule B]

Sr.No	Name of the Article	Qty	Rate	Total Amount with GST
1.	U.V. Spectrophotometer (Double Beam)	01		

Specification		
1.	Model	--
2.	Cell Holder	Single Cuvette Holder (10 mm)
3.	Bandwidth	1 nm 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 nm (variable)
4.	Make	--
5.	Optical System	Double Beam (1200 Lines/mm Grating)
6.	Wavelength Range	190-1100nm
7.	Bandwidth	1 nm
8.	Wavelength Accuracy	±0.3 nm
9.	Wavelength Repeatability	±0.2 nm
10.	Scanning Speed	Fast, Medium & Low
11.	Photometric Accuracy	±0.3% T
12.	Photometric Repeatability	0.2% T
13.	Photometric Range	-0.3-3A, 0-200T, 0-9999C
14.	Stability	± 0.001A/h @500 nm
15.	Baseline Flatness	± 0.001A/h
16.	Noise	± 0.001A/h
17.	Stray Light	≤0.05%T @ 220nm, 360nm
18.	Data Output Port	USB
19.	Printer Port	Parallel Port
20.	Display	LCD
21.	Lamps	D2 Lamp & Tungsten Halogen Lamp (W Lamp)
22.	Detector	Silicon Photodiode
23.	Power Supply	AC 220V/ 50Hz
24.	Dimension (LxWxH) mm	625x430x206
25.	Weight	30kg

सुचना व अटी

१. दरपत्रक हे सिलबंद पाकिटातून कार्यालयीन वेळेत मा. वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे महामार्ग केगांव, सोलापूर-४१३ २५५ यांच्या नावाने पोहोचतील अशा बेताने पाठवावीत.
२. पाकीटावरती विद्यापीठातील सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग (Microbiology Department) M.Sc. (Practical) करिता List of Equipments/ Instruments खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
३. SCHEDULE-B मधील Specification प्रमाणे पुरवठा करणे आवश्यक आहे.
४. शॉप ॲक्ट लायसन्स, पॅन कार्ड, GST Registration, यांच्या छायांकित प्रती जोडणे बंधनकारक राहिल.
५. Authorised Dealer Ship असलेल्यांच्या पुरवठाधारकांच्या दरपत्रकाचा विचार केला जाईल.
६. दिलेल्या मुदतीनंतर म्हणजेच उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. तसेच अटी व शर्ती अपूर्ण असलेली दरपत्रके मंजूर करण्यात येणार नाहीत.
७. दरपत्रके हे देताना आपले दर सर्व करासहित (Including GST किंवा Excluding GST) किंमत असा स्पष्ट उल्लेख करावा. सदर पुरवठा/साहित्य हे विद्यापीठात १० दिवसांच्या आत स्व:खर्चाने पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल.
८. कोणतेही कारण न देता दरपत्रके स्विकारणे अथवा नाकारणे याबाबत विद्यापीठाने अधिकार राखून ठेवलेले आहेत. तसेच पुरवठा आदेशानुसार साहित्य नसेल तर पुरवठादाराचा ठेका रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठास राहिल.
९. वरील दरपत्रकासंदर्भात काही शंका/अडचण असल्यास विद्यापीठाच्या ०२१७-२७४४७७०-७४ (Ext.२७८) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. वरील सुचना व अटी मान्य आहेत.

पुरवठादाराची स्वाक्षरी व सही